




ООО «СИМАС ИнтерЛаб»
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
Тел: +7 (916) 942-65-95; +7 (495) 980-29-37
info@simas.ru www.simas.ru

АНАЛИЗАТОРЫ ТЕКСТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСИСТЕНЦИИ МАЗЕЙ, КРЕМОВ, ПАСТ и ГЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФАРМАКОПИИ № 6 (ПУНКТ- 2.9.9) (ИЗМЕРЕНИЕ КОНСИСТЕНЦИИ ПЕНЕТРОМЕТРОМ)

ВСЕ МОДЕЛИ ТЕКСТУРОМЕТРОВ ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ
(СЕРТИФИКАТ № 60020-15, действителен до 18 декабря 2029 года).

Анализатор текстуры
Модель ТА.ХТPlus (650Н)
с релейным блоком

Со специальным программным
обеспечением Exponent (требуется ПК).



Имеет **одну** направляющую с/без гофры
(рабочая высота — 485 мм).
Расширенные возможности
по размещению дополнительных
аксессуаров для удобства исследований.
Сила воздействия на образец (тензодатчик)
— 50 кг.

Прибор поставляется с поверкой. Документация на русском языке. Гарантия - 12 месяца.



Точ Скрин поставляется с прибором

Диапазон скоростей: от 0,01 мм\сек до 20 мм\сек.
Разрешение в диапазоне - 0,001 мм.
Частота получаемых данных — 2000 точек в
секунду.
USB – порт. Для 220 Вт, 50 Гц.
Вес — 16,2 кг

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:


ООО " СИМАС ИнтерЛаб"
info@simas.ru, www.simas.ru
Тел.: +7 (916) 942-65-95; +7 (495) 980-29-37



ООО «СИМАС ИнтерЛаб»
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
Тел: +7 (916) 942-65-95; +7 (495) 980-29-37
info@simas.ru www.simas.ru



*Конус с ручкой для определения пенетрации
(соответствует требованиям
ASTM D 217 и D 937).*



*Прибор с полным комплектом и рабочей
чашкой с исследуемым образцом.*

**Прибор с герметичным термостатом для выполнения исследований
по определению спектра текстурных свойств образцов.
Рабочий температурный диапазон: от минус 40°C до плюс 180°C.**



ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

**ООО " СИМАС ИнтерЛаб"
info@simas.ru, www.simas.ru
Тел.: +7 (916) 942-65-95; +7 (495) 980-29-37**